






## Précision des couleurs

ID	Échantillon Lab			Résultat Lab			Delta-E	1	2	3	4	5	6	7
1A	61,35	34,81	18,38	61,62	34,57	17,82	00,00							
2A	75,50	5,84	50,42	75,21	6,13	48,74	00,00							
3A	66,82	-25,06	23,47	66,35	-23,17	22,67	00,00							
4A	60,53	-22,62	-20,40	59,97	-21,28	-19,89	00,00							
5A	59,66	-2,03	-28,46	59,23	-0,53	-27,73	1,00							
6A	59,15	30,83	-5,72	59,29	31,58	-4,90	00,00							
1B	82,68	5,03	3,02	82,45	5,27	2,56	00,00							
2B	82,25	-2,42	3,78	81,92	-0,98	3,83	1,00							
3B	82,29	2,20	-2,04	81,93	2,82	-1,01	1,00							
4B	24,89	4,43	0,78	25,76	5,02	0,14	1,00							
5B	25,16	-3,88	2,13	26,64	-4,30	2,35	1,00							
6B	26,13	2,61	-5,03	27,27	2,41	-4,62	00,00							
1C	85,42	9,41	14,49	85,07	10,43	14,22	1,00							
2C	74,28	9,05	27,21	74,14	9,31	26,74	00,00							
3C	64,57	12,39	37,24	64,46	13,55	36,39	1,00							
4C	44,49	17,23	26,24	45,09	17,01	25,06	00,00							
5C	25,29	7,95	8,87	26,62	8,45	8,37	1,00							
6C	22,67	2,11	-1,10	23,49	1,72	-1,52	00,00							
1D	92,72	1,89	2,76	92,52	2,51	2,06	1,00							
2D	88,85	1,59	2,27	88,52	1,50	2,73	00,00							
3D	73,42	0,99	1,89	73,31	1,68	2,40	1,00							
4D	57,15	0,57	1,19	56,79	2,10	0,69	2,00							
5D	41,57	0,24	1,45	42,03	-0,34	2,39	1,00							
6D	25,65	1,24	0,05	27,08	0,71	1,23	1,00							
1E	96,04	2,16	2,60	96,04	2,31	1,55	1,00							
2E	80,44	1,17	2,05	79,94	2,19	2,46	1,00							
3E	65,52	0,69	1,86	65,36	0,99	2,40	00,00							
4E	49,62	0,58	1,56	50,11	0,52	1,98	00,00							
5E	33,55	0,35	1,40	34,02	0,89	0,79	1,00							
6E	16,91	1,43	-0,81	18,20	0,46	0,32	1,00							
1F	47,12	-32,52	-28,75	47,39	-27,93	-26,75	1,00							
2F	50,49	53,45	-13,55	50,94	52,43	-12,22	00,00							

3F	83,61	3,36	87,02	82,94	4,35	84,38	00,00
4F	41,05	60,75	31,17	41,26	59,79	29,08	00,00
5F	54,14	-40,76	34,75	53,74	-38,89	32,64	00,00
6F	24,75	13,78	-49,48	24,93	13,78	-47,67	00,00
1G	60,94	38,21	61,31	61,28	36,79	57,91	00,00
2G	37,80	7,30	-43,04	38,23	6,65	-40,71	00,00
3G	49,81	48,50	15,76	50,34	47,59	15,96	00,00
4G	28,88	19,36	-24,48	29,77	19,36	-22,99	1,00
5G	72,45	-23,57	60,47	71,86	-22,56	57,55	00,00
6G	71,65	23,74	72,28	71,60	23,51	69,45	00,00
1H	70,19	-31,85	1,98	69,83	-31,15	2,75	00,00
2H	54,38	8,84	-25,71	54,81	8,32	-23,30	1,00
3H	42,03	-15,78	22,93	42,67	-15,53	21,89	00,00
4H	48,82	-5,11	-23,08	49,17	-5,32	-21,82	00,00
5H	65,10	18,14	18,68	65,13	19,01	17,86	00,00
6H	36,13	14,15	15,78	36,66	14,41	14,20	1,00
			Min :				00,00
			Max :				2,00
			Moyenne :				1,00

## Note du moniteur

Catégorie	Note	1	2	3	4	5	
Gamut		Test non réalisé					
Réponse des tonalités		Test non réalisé					
Point blanc		Test non réalisé					
Contraste		Test non réalisé					
Uniformité de la luminance		Test non réalisé					
Uniformité des couleurs		Test non réalisé					
Précision des couleurs	4, 5						
Note globale		Disponible après la réalisation de tous les tests					